

實驗室常見缺失彙總

明志科大

環境暨安全衛生室 製

102年05月


實驗室常見缺失

案例一



異常說明：
緊急沖淋眼器未定期清潔與測試，出水口已生銹阻塞，將影響緊急使用


案例二



異常說明：
實驗廢液未具備清楚標示及沒有盛接盤

實驗室常見缺失

案例三



異常說明：
實驗室桌面飲料與藥品混合放置，有造成誤食化學藥品的風險

案例四



異常說明：
藥品瓶身為舊標示，未遵循GHS規定標示

實驗室常見缺失

案例五



異常說明：
實驗人員從事實驗時，未穿著實驗衣及配戴適當防護具

案例六



異常說明：
急救箱急救藥品過期，並缺乏應有品項

實驗室常見缺失

案例七



異常說明：

存放化學藥品的冰箱，禁止存放食物，如食物與藥品放置於共同儲存區域，有互相污染以及誤食藥品的風險

案例八



異常說明：

化學藥品未依規定標示GHS圖示，且排氣櫃堆放過多未在使用之藥品，建議加強整理、整頓與清潔

實驗室常見缺失

案例九



異常說明：
緊急照明裝置功能失效

案例十



異常說明：
電源插座未標示使用電壓(110/220V)


實驗室常見缺失

案例十一



異常說明：
排氣裝置累積大量灰塵，恐影響通風換氣效率，以及發生電器火災之危險

案例十二



異常說明：
自動檢查紀錄未按時填寫

實驗室常見缺失

案例十三



異常說明：

從事旋轉刀具作業，未於機體標示不得
使用手套。

(原標示皆採護貝張貼，容易掉落，現已
改採噴漆標示“禁戴手套”)

案例十四



異常說明：

壓力表未明顯標示“使用壓力”及“最
高使用壓力”

(本圖為改善後已標示之壓力表)

實驗室常見缺失

案例十五



案例十六



異常說明：
物質安全資料表(MSDS)未每3年更新乙次
(圖為更改後表單)

異常說明：
高壓氣體鋼瓶未以鍊條固定及缺護蓋

實驗室常見缺失

案例十七



異常說明：
消防栓前放置物品，妨礙消防器具之緊急使用。

案例十八



異常說明：
機具有轉動輪且接有電源但無護圍護罩。